

PNAP-88.500

POZİTİF - NEGATİF BASINÇ TEST CİHAZI



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 1- Cihaz hem pozitif, hem negatif hava basıncı uygulayabilir.
- 2- Cihaz pozitif 4 bar, negatif 88 kpasal aralığında çalışabilir.
- 3- Hava akışı göstergeden ayarlanabilmektedir.
- 4- Cihaz basınç birimleri kpasal, bar atm. ve mm-cıva cinsinden ayarlanabilir.
- 5- Basıncı 1 kpasal. 0.01 bar. 0.01 atm. ve 10 mm-cıva aralıklarla ayarlanabilir.
- 6- Basınç uygulama süresi ayarlanabilir olmalıdır.
- 7- Cihaz TÜRKAK onaylı kuruluştan kalibrasyon sertifikasına sahiptir.
- 8- Cihaz birden fazla bağlantıya olanak sağlayacak şekilde çıkışa sahiptir.
- 9- Cihaz basınç ve süre ayarları üzerinde bulunan ekrandan yapılabilir.
- 10- Sistemin sessiz çalışan kompresör ve vakum pompası ile teslim edilir.
- 11- Fark basınç ölçümü yapabilmektedir.

Boyutları	:50cm x 35cm x 15cm
Ağırlık	:15kg
Elektrik Gücü	:230 VAC 50-60 Hz, 100W
Azami Basınç	:500 psi (Model PT-500 için)
Basınç Hassaslığı	:0,01 bar
Seri Port	:İzole RS 485
Yardımcı malzemeler	:Enjektör tutma aparatı Hava kompresörü ve vakum pompası



Mikrosim Elektronik Otomasyon San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
100. Yıl Bulvarı No:55 C-29 Ostim Yenimahalle/ANKARA
Tel:312.3863194 Faks:312.3863195
Ostim V.D. 6210447107 Mersis:0621044710700013